

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ДЕТЕКТОР ГАЗА VARIOTEC 8-Ex (МЕТАН) (производства Германии)

п/№	Наименование	Единицы измерения
1	Variotec 8 Ex (комплект) <i>включает:</i>	491 комплект
1.1	<p>VARIOTEC 8-Ex(Метан) Детектор газа Пределы измерений: 10, 100, 1000 ppm, 1, 10, 100 об.%</p> <p>Автоматическое переключение пределов измерений Продолжительность работы: макс. 8 ч (с включенным насосом) Режимы работы насоса: постоянно, вкл./ выкл. Сигнализация: оптическая и акустическая, через каждые 4 ppm, по выбору Питание: NiCd-аккумулятор, перезаряжающийся Рабочая температура: -10 до +40°C Температура хранения: -25 до +70°C Защита: IP 54 Размеры (ШxВxГ): 129 x 192 x</p> <p>Многофункциональный газоизмерительный прибор для измерений в % объема или в ppm-диапазоне</p>	1 шт.
1.2	Блок питания M4 100-240 В~/12В=1,2А	1 шт.
1.3	Адаптер, 12 В, автомоб. Mobil	1 шт.
1.4	Зарядное устройство HS для зарядки EX-TEC/VARIOTEC В соединении с блоком питания или автомобильным адаптером	1 шт.
1.5	Чемодан VT/SR С встроенными отделениями и возможностью зарядки прибора, не доставая его из чемодана	1 шт.
1.6	Наплечный ремень "Triangel" с креплением в 4-х точках	1 шт.
1.7	Ковровый зонд Для твердых поверхностей. С соединительным шлангом, гидрофобным фильтром	1 шт.
1.8	Колокольный зонд Зонд для мягких поверхностей с фильтром	1 шт.
1.9	Конический зонд SR, 245 мм С фильтром	1 шт.

1.10	Гибкий ручной зонд, 360 мм	1 шт.
1.11	Зондовый шланг, 1м с гидрофобным фильтром с муфтой.	1 шт.
1.12	SPE VOL Контрольно-измерит. устройство Показания в об.%	1 шт.
1.13	SPE ppm Контрольно-измерит. устройство показания в ppm	1 шт.
1.14	Баллон с газом, 10 ppm CH ₄ Метан в синтетическом воздухе 1л-баллон с испытательным газом (ок. 12 л)	4 шт.
1.15	Баллон с газом 1 об.%CH ₄ Метан в синтетическом воздухе 1л баллон с испытательным газом, (ок. 12 л)	4 шт.
2	Запасные части VARIOTEC 8-Ex:	
2.1	Баллон с газом, 10 ppm CH ₄ Метан в синтетическом воздухе 1л-баллон с испытательным газом (ок. 12 л)	200 шт.
2.2	Баллон с газом 1 об.%CH ₄ Метан в синтетическом воздухе 1л баллон с испытательным газом, (ок. 12 л)	200 шт.
2.3	Гидрофобный фильтр	100 шт.
2.4	Блок питания M4 100-240 В~/12В=1,2А	60 шт.
2.5	Никель-кадмиевый аккумулятор 2.5 А/ч для VARIOTEC 8-Ex	100 шт.
3	Обучение туркменских специалистов с выдачей сертификата	491 чел.
4	Инструкция по эксплуатации к каждому прибору на русском языке	491